

FIRMADO

FIRMADO por : José Manuel Bernabé Sánchez, Director de Centro Español de Metrología (CEM). A fecha : 25/11/2019 13:03:43
El documento consta de un total de 9 folios. Folio 1 de 9 - Código Seguro de Verificación: 65625-40856231

 <p>MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO</p>	<p>CERTIFICADO N°</p> <p>190462001</p>	 <p>CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA</p> <p>Organismo Notificado (Notified Body): 0300</p>
--	---	---

CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO

EU Type Examination Certificate

Fabricante: <i>Manufacturer</i>	BÁSCULAS ROMERO, S.L.U. Carretera Nacional IV-km 116,500 45710 Madridejos - Toledo
De acuerdo con: <i>In accordance with</i>	Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, y que incorpora al Derecho interno español la Directiva 2014/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático <i>Royal Decree 244/2016, dated 3rd of June, which develops the Law 32/2014, dated of 22th December, on Metrology, and that transposes Directive 2014/31/EU, of the European Parliament and of the Council of 26th February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to making available on the market of non-automatic weight instruments into Spanish legislation).</i>
Instrumento: <i>Instrument</i>	Instrumento de pesaje electrónico de funcionamiento no automático, graduado y de indicación y equilibrio automáticos, de clase de exactitud III . <i>Non-automatic, graduated, self-indicating, electronic weighing instrument, and accuracy class III</i>
Marca/tipo: <i>Trademark/Type</i>	BÁSCULAS ROMERO/BR- 60H , BR- 60C, BRM- 60H, BR- 30PE, BR- PL, BR-AE, BR-PT
Especificaciones: <i>Features</i>	Las especificaciones y los tipos vienen descritas en el anexo. <i>The specifications and the types are described in the Annex.</i> Este certificado no exime al instrumento objeto del mismo del cumplimiento de cualquier otro requisito de carácter no metrológico que le sea reglamentariamente exigido <i>This certificate does not exempt the instrument subject to it from the fulfillment of any other requirement of non-metrological character that is required by regulation</i>
Fabricante: <i>Manufacturer</i>	BÁSCULAS ROMERO, S.L.U.
N° Serie/Código CEM: <i>Serial n°/CEM code</i>	CEM0000024470

Válido hasta: 25/11/2029
Valid until

Las características, condicionantes y exigencias particulares, si las hubiera, relativas al objeto certificado, se relacionan en el Anexo que, eventualmente, pudiera ir asociado a este documento. Todos los planos, esquemas y documentos relativos a la presente certificación están depositados en el organismo emisor.
The characteristics, conditioners and particular requirements, if any, concerning to the instrument object certificated, are set out in the Annex that, possibly, could be associated to this document. All plans, diagrams and documents relative to the state certification have been deposited in the issuing body.

No se permite la reproducción parcial de este documento sin autorización expresa para ello.
Partial quotation of this document is not allowed without written permission.

www.cem.es

comercial@cem.es
CEM-F-0087-01

Página 1 de 9
Page 1 of 9

C/ DEL ALFAR Nº 2
28760 TRES CANTOS - MADRID
TEL/FAX : 918074700 / 918044319
CIF: S2817035E

El Centro Español de Metrología, comprometido con el medio ambiente, mantiene un sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001 certificado por AENOR con el número GA-0638/2008

ISO 14001